

## JPIC データベース 2016 年症例登録における Occlutech Figulla Flex II Septal Occluder の入力について

2016年2月から本邦で導入されたOcclutech Figulla Flex II Septal Occluder (FSO) については、現在、Amplatzerデバイスとは異なり、サイズ等の詳細な入力項目がありません。

FSOを留置された症例では、手技選択の際に、  
アブレーション以外 > Device Closure > Atrial Septal Defect (ASD) > 主な治療器具 Others  
をご選択下さい。

(注：Other Amplatzer Occluder ではありません)

なお、2017年症例より、ASDと同様なEcho計測値やデバイスサイズ選択項目がNCD上に実装されます。ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

平成28年11月24日

JPICデータベース・ワーキンググループ  
金 成海, 松井彦郎, 犬塚 亮, 芳本 潤